


КОД ОБРАЗЦА (ПРОБЫ): AP193 2П2

24	Хром (Cr ⁶⁺)	<0,025 мг/дм ³ (л)	0,05 мг/л	ГОСТ 31956-2012 (метод А)
25	Цианиды	<0,01 мг/дм ³ (л)	0,07 мг/л	ГОСТ 31863-2012
26	Цинк	<0,001 мг/дм ³ (л)	1,0 мг/л	МВИ №40-05
27	Аммиак и аммоний- ион (по азоту)	0,28±0,06 мг/дм ³ (л)	1,5 мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
28	Нитриты (по NO ₂)	<0,003 мг/дм ³ (л)	3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	О.И.Гарифуллина	

Протокол испытаний №6409 П

Общее количество страниц 3: страница 3

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ